



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

**ERRATA DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021**

O Pregoeiro do Município de Campos de Júlio-MT, comunica, para conhecimento das empresas interessadas, a errata ao Edital -Termo de Referência – Anexo I, em seu item 33, na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, pelo “SRP”, do tipo menor preço por item, relativo ao “**Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, odontológicos e laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos**”, para fazer constar o seguinte termo a saber:

**ITEM 33 - ONDE SE LÊ:**

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
33	01-18-2684	00037794	UN	02	Desfibrilador/cardioversor com tecnologia bifásica de desfibrilação conta com compensação de energia entregue ao paciente de acordo com sua impedância, e o seu escalonamento de valores de descarga entre 1 e 200 joules otimiza as chances de sucesso, até mesmo para aquelas pacientes em situação onde a desfibrilação é mais difícil. A terapia de marca-passo transcutâneo é administrada através de eletrodos multi função, que também podem ser utilizados para desfibrilação (manual ou automática) e monitoração de ecg no lugar das pás rígidas. Com uma bateria externa intercambiável instalada de níquel metal hidreto (NIMH), o r-700 tem autonomia de 150 minutos de monitoração, ou 20 descargas em máxima energia, ou 120 minutos de monitorização com marca passo (60 MA a 60bpm). Especificações técnicas: tamanho e peso dimensões aproximadas: 195 mm altura x 249 mm comprimento x 310 mm largura peso estimado: unidade principal: 5,5 kg bateria (cada): 0,8 kg	25.745,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

					<p>conjunto de pás externas: 0,95 kg.</p> <p>Requisitos ambientais e físicos</p> <p>grau de proteção contra ingresso de sólidos e água: ipx2</p> <p>temperatura: 0 a 40 °C (operação); 0 a 50 °C (armazenamento) umidade: 10 a 95%, sem condensação (operação e armazenamento)</p> <p>compatibilidade eletromagnética: atende a iec e nbr iec 60601-2</p> <p>segurança: atende a nbr iec 60601-1 tela tipo e tamanho: TFT</p> <p>lcd colorida de aproximadamente 120 mm x 89 mm. Registrador tipo: cabeça térmica de alta resolução. Canais podendo ser: até 2 canais (c opcional de oximetria) velocidade estimada de impressão:10mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s largura aproximada do papel: 50 mm tipos de relatórios: resumo de eventos, tendências tabulares, formas de onda congeladas, análise, teste do usuário e configuração auto impressão: o registrador pode ser configurado para impressão de eventos marcados, carga, choque e alarmes armazenamento de dados memória externa compact flash 16mb com autonomia de 2 horas de ecg contínuo + áudio (opcional), ocorrências/eventos. Alimentação e bateria corrente alternada (ac) 100 a 264 vac, 50/60 hz bateria tipo: lítio (li-ion), 14,8 v, 4,5 AH quantidade: 1 ou 2 baterias podem ser instaladas autonomia: até 5 horas de monitoração (até 10 horas com a 2ª. Bateria); ou até 100 descargas a 360 j (até 200 descargas com a 2ª. Bateria); ou até 3 horas de estimulação de marcapasso (até 6 horas com a 2ª. Bateria) terapias</p>	
--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

					<p>elétricas desfibrilador forma de onda: bifásica exponencial truncada (BTE) com compensação de impedância modo manual níveis de energia (desfibrilação externa): 1, 2, 3, 5, 7, 9 ,10, 15, 20, 30, 50, 70, 100, 125, 150, 200. Níveis de energia (desfibrilação interna): 1, 2, 3, 5, 7, 9 ,10, 15, 20, 30, 50 j tempo de carga: até 6 segundos (200 j); cardioversão sincronizada: a transferência de energia se inicia em até 60 ms após o pico do qrs modo DEA (desfibrilação externa automática) níveis de energia: configurável pelo usuário série de choque: 1, 2, 3, configurável, marcapasso transcutâneo forma de onda: constante retilínea período refratário: 240 a 340 ms modos. Demanda ou fixo faixa de frequência de estimulação estimada: 30 a 150 ppm faixa de corrente de estimulação: 0 a 150 ma ecg cabo: 4 vias; 5 vias: pás, pás / eletrodos (modo manual) seleção de ganho; velocidade de varredura aproximada de 25 mm/s faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm; resolução: 1 bpm detecção de pulsos de marcapasso: sim análise de arritmia: sim alarmes: sim reanibex , configuração desfibrilador / monitor + marcapasso transcutâneo acompanha: - conjunto de pás rígidas (1 unidade); - tubo de gel condutor (1 unidade); - cabo de eletrodos (1 unidade); - conjunto de eletrodo multi função, adulto (1 unidade); - cabo de ecg 5 vias, , adulto (1 unidade); - papel termos sensível com medidas aproximadas de 50 mm x 20 m (1</p>	
--	--	--	--	--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

					unidade); - bateria de NIMH - cabo força (1 unidade). Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços e defeito de fabricação; apresentar certificado de práticas de fabricação; registro no ministério da saúde/ anvisa. Manual de instruções em português. Apresentar catalogo com foto e descrição do produto.	
--	--	--	--	--	---	--

### ITEM 33 - LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
33	01-18-2684	00037794	UN	02	Desfibrilador/Cardioversor e monitor de sinais vitais, com tecnologia bifásica de desfibrilação, com função de desfibrilação manual ou automática, escalonamento de valores de descarga entre 1 e 200 joules, função de terapia de marcapasso transcutânea, monitoração eletrocardiográfica, saturação de oxigênio (oximetria: spo2), frequência cardíaca, pressão arterial, monitor digital para melhor acompanhamento da programação e dos sinais vitais, incluindo pás externas rígidas 02 (duas) adultos e 02 (duas) infantil e conjunto de eletrodos para monitoração dos sinais vitais e monitoramento eletrocardiográfico. Garantia de no mínimo 01 (um) ano para peças e serviços e defeito de fabricação; com manual incluso em português.	25.745,00

### PRORROGA-SE A DATA DE ABERTURA PARA:

**DO ENCERRAMENTO DO RECEDIMENTO DAS PROPOSTAS:** 27/07/2021 às 08h59min.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO:** 09h00min. do dia 27/07/2021

Todas as referências de tempo no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

Permanece inalterada as demais disposições editalícias, em consonância com o § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

Campos de Júlio/MT, 13 de julho de 2020.

Marcelo José Batista dos Santos Lino  
Pregoeiro Oficial  
Decreto nº. 006/2018