



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO**  
**ESTADO DE MATO GROSSO**  
[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

**ERRATA Nº 02 DE EDITAL E PRORROGAÇÃO DE DATA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021**

O Pregoeiro do Município de Campos de Júlio-MT, comunica, para conhecimento das empresas interessadas, a errata ao Edital -Termo de Referência – Anexo I, em seus itens 12, 32 e 71, na modalidade Pregão Eletrônico nº 031/2021, pelo “SRP”, do tipo menor preço por item, relativo ao “**Registro de preços para aquisições futuras e parceladas de equipamentos e materiais permanentes hospitalares, odontológicos e laboratoriais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos**”, para fazer constar o seguinte termo a saber:

**ITEM 12 - ONDE SE LÊ:**

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
12	01-18-3735	352746-8	UN	04	Bomba de infusão - controle micro processado com opção de infusão por números inteiros e decimais separadamente; uso de equipo comum tipo universal; indicação do tempo restante de infusão e volume já infundido; indicação de operação em bateria ou rede elétrica; em idioma português; opção de alteração rápida de fluxo; opção de programar a partir de volume e fluxo e/ou a partir de volume e tempo de infusão; opção de repetição da programação sem ter que reprogramar novamente o equipamento. 1.0) parâmetros de infusão: volume de infusão de 1 ml até 9.999 ml; faixa de fluxo mínimo de 1 a 600 ml/h ou de 0,1 a 99,9 ml/h; taxa de kvo 1,0 ml/h ou menor; 2.0) alarmes com silenciador para: oclusão, infusão completada, ar na linha, frasco de soro vazio, vazão livre, K.V.O; 3.0) características elétricas: alimentação: 110-220 vac a 60 hz (chaveamento automático); bateria interna recarregável com autonomia para o funcionamento completo do equipamento por no mínimo 03 horas; peso: peso máximo com baterias instaladas: 03 kg; apresentar certificado de práticas de fabricação, certificado com número de registro do produto válido e sem qualquer restrição ou de dispensa da anvisa.	8.641,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

## ITEM 12 - LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
12	01-18-3735	352746-8	UN	04	Bomba de infusão volumétrica com sistema eletrônico micro processado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais, através de equipo universal, portátil, leve de até no máximo 3,0 Kg e compacto. Utilizado para situações de infusão de medicamentos, sangue e/ou hemoderivados, por via parenteral de alta precisão, segurança e confiabilidade operacional e funcional, para pacientes adultos, pediátricos e neonatologia. De utilização em Unidades de terapia intensiva, unidades de internação, de cuidados intensivos, ambulâncias, centro cirúrgico ou outras unidades, de infusão mecanizada com grande segurança e precisão. Especificações técnicas: taxa de infusão de 0,1 a 9.999,9 ml/h; faixa de volume a ser infundido em passos de 0,1 ml em 0,1 ml; KVO de 0,1 até 5,0 ml/h; bateria recarregável com capacidade mínima de 4 horas. Alarmes sonoros e indicativos visuais detectando ar na linha, KVO, bateria fraca, oclusão, final da infusão.	8.641,50

## ITEM 32 - ONDE SE LÊ:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
32	01-18-2666	77201-1	UN	03	Desfibrilador externo automático (D.E.A.), equipamento portátil, leve, microprocessado, tamanho	8.484,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

					<p>reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal, projetado para uso de emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ecg na tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz e texto exibido no display, além do número de choques e tempo decorrido. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: bateria de lithium (recarregável) de longa duração com capacidade mínima de 200 choques ou 12 horas de monitoramento ou 3 anos em stand by. Acompanha bolsa protetora com alça para transporte, 01 carregador de bateria, 01 par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 par de eletrodos autoadesivos infantil, manual do usuário, DVD de treinamento detalhado e instruções de uso. Possuir software com cabo de transmissão de dados para microcomputador, possuir registro na anvisa e garantia mínima de 3 anos.</p>	
--	--	--	--	--	---	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

## ITEM 32 - LEIA-SE:

ITEM	CÓDIGO MATERIAL	CÓDIGO TCE/MT	UNID.	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR ESTIMADO UNITÁRIO (R\$)
32	01-18-2666	77201-1	UN	03	<p>Desfibrilador externo automático (d.e.a.), equipamento portátil, leve, microprocessado, tamanho reduzido, adaptável a qualquer paciente tanto adulto como infantil e neonatal, projetado para uso de emergências cardíacas com aplicação de choques por meio de pás adesivas, sistema automático de avaliação de ecg na tela (display) de cristal líquido, orientações e comandos em texto em tempo real por voz e texto exibido no display, além do número de choques e tempo decorrido. Visualização do status da bateria com alarme sonoro e luminoso para nível baixo. Modo de desfibrilação adulto 150 joules no primeiro choque e 200 joules nos subsequentes para melhor eficácia da reversão de arritmias. Modo de desfibrilação pediátrica através de sistema para comutação que limita a carga em um quarto da energia no modo pediátrico (50 joules) de forma automática. Alimentação: energia elétrica com bateria <u>recarregável</u> com capacidade mínima de 200 choques ou 12 horas de monitoramento ou 3 anos em stand by <u>ou com capacidade e durabilidade superior de duração</u>. 01 (um) carregador de bateria, 01(um) par de eletrodos autoadesivos para adultos, 01 (um) par de eletrodos autoadesivos infantil, manual do usuário, dvd de treinamento detalhado e instruções de uso. Possuir software com cabo de transmissão de dados para microcomputador, possuir registro na anvisa e garantia mínima de 3 anos ou superior</p>	8.484,00

**Fica EXCLUIDO o item 71 do Termo de Referência – Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 031/2021:**

**ITEM 71:** Ultra-sonógrafo - aparelho de ultrassom em plataforma portátil digital de alta resolução para uso abdominal, vascular, obstétrico, ginecológico, urologia, pediatria, pequenas partes, musculo esquelético, cardiologia, neurologia e neonatal, com um transdutor convexo de 2,0 a 5,0 mhz, um transdutor linear de 6,0 a 12,0 mhz, um



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

transdutor convexo volumétrico 5,0 a 8,0 mhz, um endocavitário volumétrico de 5,0 a 9,0 mhz, 130 graus, com guia de biópsia, imagem trapezoidal para transdutores lineares. Nos modos plataforma tecnológica que faça formação de imagens tridimensionais em tempo real, com velocidade de 15 volumes por segundo, modos de divisão de imagem b:b, b/b e 4b e geração de imagens em modo b, m, doppler colorido, doppler espectral, Power doppler, 3d e 3d em tempo real, com doppler com mapeamento colorido, apresentando simultaneamente os modos medidas automáticas e em tempo real no modo doppler, tríplice em tempo real (modo b, fluxo colorido e doppler espectral simultâneos), com programas para o cálculo de medidas básicas: distância, ângulo, área (contorno ou elipse), volume, frequência cardíaca e avaliação de articulação coxofemoral, medidas obstétricas: tabelas padronizadas e/ou específicas para usuário, estimativa de peso fetal, frequência cardíaca fetal e memorização de todas as medidas em relatório, apresentação em vídeo com escala de cinzas de no mínimo 256 níveis software para otimização de automática de imagens em modo b e doppler pulsado com apenas um toque, monitor colorido tipo lcd de alta resolução de no mínimo 15", com armazenamento das últimas cinememory de 256 mb ou acima de 3000 quadros em modo b, software para redução ruído inerente a imagens de ultrassom com ajuste mínimo 04 níveis de redução de ruído, tecnologia que permita emissão de feixes cruzados em planos diferentes do habitual para melhora da resolução das imagens, com ajuste de níveis e disponíveis para todos os transdutores, sistema de arquivamento de imagens, cine e blocos volumétricos tridimensionais em disco rígido, DVD e CD-RW (gravador e leitor), capacidade para impressão de imagens e laudos em impressoras padrão pc. Dicom 3.0 completamente incorporado ao equipamento, verificar / imprimir / arquivar / lista de trabalho / armazenamento de dados / mídia dicom, 02 portas usb para transferência de imagens e backup. Capacidade para operação com bateria com autonomia de no mínimo 01 horas. Capacidade para carro para apoio do equipamento com suporte para transdutores gel e vídeo, printer, capacidade para acoplamento de até 03 portas ativas através de carro suporte. Fonte de alimentação: 110/220v, 60hz, ntsc. Vídeo printer branco/preto e papel para vídeo printer b/p, estabilizador de tensão compatível. Inclui: manual de operação em português e técnico e registro no ministério da saúde, instalação, treinamento, com garantia mínima de 01 anos para peças e assistência técnica. Serviço de entrega para segurança das partes eletrônicas.

## **PRORROGA-SE A DATA DE ABERTURA PARA:**

**DO ENCERRAMENTO DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS:** 29/07/2021 às 08h59min.

**INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇO:** 09h00min. do dia 29/07/2021

**LOCAL:** <https://licitanet.com.br> – Licitações On-Line “**Acesso Identificado no link – licitações públicas**”

Todas as referências de tempo no aviso e durante a sessão pública observarão o horário de Brasília-DF.

Permanece inalterada as demais disposições editalícias, em consonância com o § 4º do art. 21 da Lei 8.666/1993.

Campos de Júlio/MT, 15 de julho de 2020.

Marcelo José Batista dos Santos Lino  
Pregoeiro Oficial  
Decreto nº. 006/2018