



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

## RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023 – PMCJ

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 030/2023

PROCESSO DE COMPRA Nº 028/2023

**OBJETO:** Registro de preços para aquisições futuras de equipamento – DETECTOR DIGITAL DE RAIOS - X, para atender as necessidades do Hospital Municipal Leocyr Lazarete.

**SOLICITANTE:** AGFA DO BRASIL LTDA

**CNPJ/MF nº 09.032.626/0002-35**

Em 27/03/2023 às 15h52min, a empresa AGFA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF nº 09.032.626/0002-35, através do Sr. Rodolpho Silva, se manifestou, solicitando esclarecimentos nos seguintes termos do edital/termo de referência, via e-mail:

São Paulo, 27 de março de 2023.

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 030/2023

PROCESSO DE COMPRA: 028/2023

**OBJETO:** REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÕES FUTURAS DE EQUIPAMENTO – DETECTOR DIGITAL DE RAIOS - X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL LEOCYR LAZARETE).

## SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTOS

Prezado Pregoeiro Marcelo José Batista dos Santos Lino e Equipe de Apoio,

A AGFA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.032.626/0002-35, sediada na Rua José Sanches Marin, 700 BLOCOS 55,65 e 75 - CEP: 08616-770 – Suzano/SP, interessada no Edital supracitado, vem por meio desta solicitar Esclarecimentos ao Instrumento Convocatório.

1. No **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, para o descritivo do **Item 01 - Detector Digital de Raios - x (Sistema DR)**, quanto as especificações do produto é solicitado “Notebook com processador Core i7 12ª geração”.

**Pergunta:** Será aceito Notebook com processador de configuração mínima Core i5 11ª geração ou superior?

**Justificativa:** Esta configuração mínima proposta é uma versão do processador adotado em cada fabricante para melhor funcionamento do software de aquisição, visualização e manipulação de imagens. Sendo assim, ao revisar este requisito mínimo, deixará a disputa ampla para todos os fornecedores aptos ao fornecimento, a exemplo, a AGFA.

2. No **ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**, para o descritivo do **Item 01 - Detector Digital de Raios – X (Sistema DR)**, quanto as especificações do produto é solicitado “Armazenamento com SSD de 1TB ou superior”.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

**Pergunta:** Será aceito Notebook com configuração mínima Armazenamento com SSD de 512GB ou superior?

**Justificativa:** A modificação da exigência proposta não impactará na finalidade diagnóstica, no que diz respeito a qualidade do equipamento, bem como, proporcionará a obtenção de propostas mais vantajosas para este certame, tendo em vista que cada um dos fabricantes disponíveis no mercado nacional possuem diferentes configurações em seus respectivos equipamentos.

Contamos com a breve análise dos pedidos colocado, a fim de viabilizar a participação no certame, bem como, correto dimensionamento da proposta para esta aquisição.

Atenciosamente

## RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

O Pregoeiro após encaminhar o pedido de esclarecimentos para a Secretaria Municipal de Saúde, através do Sr. Edimar Oliveira dos Anjos, presta os seguintes esclarecimentos:

Em resposta a solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa AGFA DO BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.032.626/0002-35, informamos que:

### Pedido de Esclarecimento 01:

**Pergunta:** Será aceito Notebook com processador de configuração mínima Core i5 11ª geração ou superior?

**R:** A Secretaria Municipal de Saúde, através do Sr. Edimar Oliveira dos Santos, Técnico em Radiologia, através da C.I nº 003/2023, assim esclarece:

*“O processador Core i7 é um modelo mais avançado que oferece maior desempenho em relação ao Core i5. Ele possui mais núcleos e threads de processamento, o que permite lidar com tarefas mais complexas e exigentes, como renderização de vídeo e edição de imagem, de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o Core i7 geralmente tem uma frequência de clock mais alta do que o Core i5, o que permite que ele execute as tarefas de forma mais rápida.*

*Sabendo que o serviço público de saúde deve ser prestado visando qualidade, rapidez e acurácia;*

*Sabendo que o equipamento será usado para processamento de imagens em formato DICOM (sabidamente pesadas e complexas);*

*Desejando que o uso do equipamento perdure por um longo período (mais de 08 anos, como o atual sistema CR em uso) e o sistema não fique defasado rapidamente;*

*Tendo em vista ainda que, ao comparar o preço de um Notebook com as configurações proposta no Termo de Referência com um igual ao proposto pela empresa, percebe-se que a diferença não passa de R\$5.000,00. (Num equipamento estimado em R\$144.500,00 esse valor equivale a 3,46%);*

*Opino por manter a exigência proposta no Termo de Referência do referido Processo de Compra.”*

### Pedido de Esclarecimento 02:

**Pergunta:** Será aceito Notebook com configuração mínima Armazenamento com SSD de 512GB ou superior?

**R:** A Secretaria Municipal de Saúde, através do Sr. Edimar Oliveira dos Santos, Técnico em Radiologia, através da C.I nº 003/2023, assim esclarece:

*“Com um SSD de 1TB, teremos o dobro de espaço de armazenamento em comparação com um de 512GB. Isso permite que armazenemos mais exames e eventuais arquivos e documentos sem se preocupar com a falta de espaço. Além disso, um SSD maior também pode permitir que você execute mais tarefas simultaneamente sem afetar o desempenho do sistema.*



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

[www.camposdejulio.mt.gov.br](http://www.camposdejulio.mt.gov.br)

*Além disso, não possuímos no momento nenhum sistema PACS instalado no setor de Radiologia do Hospital. Esse sistema PACS – se houvesse - seria o responsável por arquivar os exames digitalmente para uso e acesso futuro. Como não é o caso, apenas as imagens que estiverem na memória do Notebook do Sistema DR é que poderão ser acessadas posteriormente. De tal forma, quanto mais espaço de armazenamento melhor para o setor.*

*Com essas considerações opino por manter a exigência de um SSD com 1TB de capacidade de Armazenamento, conforme proposto no Termo de Referência do referido Processo de Compra”.*

Assim, o Pregoeiro presta o esclarecimento solicitado pela solicitante, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes, sendo publicado nos mesmos meios inicialmente utilizados, na forma da Lei

Atenciosamente,

Campos de Júlio-MT, 28 de março de 2023

  
Marcelo José Batista dos Santos Lino

Pregoeiro Oficial

Portaria nº 237/2017

	<b>COMUNICAÇÃO INTERNA</b>
---	----------------------------

DE:	<b>EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS/SERVIDOR</b>	<b>Nº 003</b>
PARA:	<b>SECRETARIA DE SAÚDE/COMPRAS</b>	
DATA:	<b>28 DE MARÇO DE 2023</b>	

**Assunto:** Esclarecimento e parecer ao questionamentos de AGFA DO BRASIL LTDA.

Conforme solicitado pela Servidora Marcia Soares da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMPOS DE JÚLIO, venho através desta CI prestar esclarecimento e Parecer Técnico sobre os questionamentos sobre Processo de Compra 028/2023, Edital 017/2023, Anexo I - Termo de Referência, a saber, compra do Sistema DR. Segue:

## 1. Questionamentos

### ● Processador

*"Pergunta: Será aceito Notebook com processador de configuração mínima Core i5 11a geração ou superior?"*

*Justificativa: Esta configuração mínima proposta é uma versão do processador adotado em cada fabricante para melhor funcionamento do software de aquisição, visualização e manipulação de imagens. Sendo assim, ao revisar este requisito mínimo, deixará a disputa ampla para todos os fornecedores aptos ao fornecimento, a exemplo, a AGFA."*

### **Parecer:**

O processador Core i7 é um modelo mais avançado que oferece maior desempenho em relação ao Core i5. Ele possui mais núcleos e threads de processamento, o que permite lidar com tarefas mais complexas e exigentes, como renderização de vídeo e edição de imagem, de forma mais rápida e eficiente. Além disso, o Core i7 geralmente tem uma frequência de clock mais alta do que o Core i5, o que permite que ele execute as tarefas de forma mais rápida.

Sabendo que o serviço público de saúde deve ser prestado visando qualidade, rapidez e acurácia;

Sabendo que o equipamento será usado para processamento de imagens em formato DICOM (sabidamente pesadas e complexas);

Desejando que o uso do equipamento perdure por um longo período (mais de 08 anos, como o atual sistema CR em uso) e o sistema não fique defasado rapidamente;

Tendo em vista ainda que, ao comparar o preço de um Notebook com as configurações proposta no Termo de Referência com um igual ao proposto pela

empresa, percebe-se que a diferença não passa de R\$5.000,00. (Num equipamento estimado em R\$144.500,00 esse valor equivale a 3,46%);

Opino por manter a exigência proposta no Termo de Referência do referido Processo de Compra.

## 2. Questionamento

- **Armazenamento (SSD)**

*“Pergunta: Será aceito Notebook com configuração mínima Armazenamento com SSD de 512GB ou superior?”*

*Justificativa: A modificação da exigência proposta não impactará na finalidade diagnóstica, no que diz respeito a qualidade do equipamento, bem como, proporcionará a obtenção de propostas mais vantajosas para este certame, tendo em vista que cada um dos fabricantes disponíveis no mercado nacional possuem diferentes configurações em seus respectivos equipamentos.”*

### **Parecer:**

Com um SSD de 1TB, teremos o dobro de espaço de armazenamento em comparação com um de 512GB. Isso permite que armazenemos mais exames e eventuais arquivos e documentos sem se preocupar com a falta de espaço. Além disso, um SSD maior também pode permitir que você execute mais tarefas simultaneamente sem afetar o desempenho do sistema.

Além disso, não possuímos no momento nenhum sistema PACS instalado no setor de Radiologia do Hospital. Esse sistema PACS - se houvesse - seria o responsável por arquivar os exames digitalmente para uso e acesso futuro. Como não é o caso, apenas as imagens que estiverem na memória do Notebook do Sistema DR é que poderão ser acessadas posteriormente. De tal forma, quanto mais espaço de armazenamento melhor para o setor.

Com essas considerações opino por manter a exigência de um SSD com 1TB de capacidade de Armazenamento, conforme proposto no Termo de Referência do referido Processo de Compra.

Campos de Júlio, 28 de Março de 2023.



Documento assinado digitalmente  
EDIMAR OLIVEIRA DOS ANJOS  
Data: 28/03/2023 15:17:31-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Edimar Oliveira dos Anjos**

Tec. Radiologia