



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2024 – PMCJ


PROCESSO LICITATÓRIO Nº 000070/2024

OBJETO: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais laboratoriais para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e seus Departamentos.

SOLICITANTE: HEXIS CIENTÍFICA LTDA
CNPJ/MF nº 53.246.010/0001-10

Prezados Senhores,

Em 04/07/2023 às 14h10min, a empresa HEXIS CIENTÍFICA LTDA, CNPJ/MF nº 53.246.010/0001-10, se manifestou, solicitando esclarecimentos nos seguintes termos do edital/termo de referência, via e-mail, conforme abaixo:



DO CONTEÚDO DO ANEXO:

Jundiá, 04 de julho de 2024

A

Prefeitura Municipal de Campos de Júlio - MT

REF. PE 23/2024

Prezados Senhores,

CNPJ: 01.614.516/0001-99 – Município de Campos de Júlio – MT

Av. Valdir Masutti, Nº 779 W – Loteamento Bom Jardim – Campos de Júlio-MT – CEP: 78319-000 -Fone (65) 3387-2800



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

A Empresa Hexis Científica Ltda., pessoa jurídica de direito privado estabelecida na cidade de Jundiá, estado de São Paulo, na Avenida Antonieta Piva Barranqueiros, nº 385, Distrito Industrial, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob nº 53.276.010/0001-10 vem, muito respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, em atenção ao PE 23/2024 solicitar o esclarecimento pelas razões abaixo aduzidas;

1 - ENTREGA:

Segundo a Clausula constante no TR abaixo descrita:

Posto isto, pergunta-se

Tendo em vista que os itens objeto do certame são de procedência importada, será aceito no prazo de entrega de aproximadamente 90 dias dos produtos? Ou será aceito prorrogação de entrega?

Motivo:

O material a ser fornecido possui insumos importados, que estão sujeitos a procedimentos alfandegários e trâmites burocráticos que podem impactar o prazo de entrega. Ressaltamos que essa alteração no prazo de entrega é necessária para garantir a qualidade e a regularidade no fornecimento do material solicitado, bem como para assegurar a conformidade com as exigências legais relacionadas a importação dos insumos necessários à produção. Gostaríamos também de solicitar informações adicionais sobre a possibilidade de prorrogação do prazo de entrega, caso esta alteração não seja automaticamente aceita.

Considerando que o sistema nos indica uma média de atrasos e que as informações de monitoramento estão sempre se atualizando até a entrega dos itens na nossa unidade de distribuição, os itens poderão ser entregues antes do prazo informado.

2 – DÚVIDA SOBRE OS ITENS 97 E 98.

Sobre os itens 97 e 98 do Edital, solicita-se seja informado o volume de amostra a ser utilizado o produto e a faixa de análise.

Desde já agradecemos e ficamos no aguardo

ATT

HEXIS CIENTÍFICA LTDA.

RESPOSTA AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO:

O pedido de esclarecimentos foi enviado para a Secretaria Municipal de Saúde/Laboratório Municipal, no dia 04/07/2023, para que o órgão se posicionasse, prestando esclarecimentos, referente aos questionamentos sobre o prazo de entrega e sobre os itens 97 e 98.

Em resposta a solicitação de esclarecimentos apresentada pela empresa Hexis Científica Ltda, a Secretaria Municipal de Saúde/Laboratório Municipal, informou que:

REFERENTE AO QUESTIONAMENTO 01 – DO PRAZO DE ENTREGA:

R: Assim respondeu a Secretaria de Saúde – Considerando o fluxo sazonal de exames, é mais eficiente solicitar conforme a necessidade para receber em 15 dias, 90 dias é um período mais longo e mais sujeito às variações de fluxo, ocorrendo maiores oportunidades de sobrar falta de kits.

REFERENTE AO QUESTIONAMENTO 02 – ITENS 97 e 98:

R: ITEM 97 - Assim respondeu a Secretaria de Saúde – Reagente de cloro livre DPD, contém **ácido** Etilenodiaminotetracético, sal dissódico (EDTA), fosfato de sódio dibásico, Sal de N, N-Dietil-p-fenilenediamina. Para determinação de CLORO LIVRE na água, compatível com equipamento HACH. Pacote com 100 unidades **para amostras de 10 ml.**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JÚLIO ESTADO DE MATO GROSSO

www.camposdejulio.mt.gov.br

R: ITEM 98 - Assim respondeu a Secretaria de Saúde – Reagente de cloro **Total** DPD, contém Sal de N, N-Dietil-p-fenilenediamina, ácido etilenodiaminotetracético, sal dissódico dihidratado (6381-92-6), Fosfato de Sódio Dibásico (7558-79-4), Iodeto de potássio (7681-11-0). Para determinação de CLORO TOTAL na água, compatível com equipamento HACH. Pacote com 100 unidades **para amostras de 10 ml.**

Acreditamos ter prestado, satisfatoriamente, os esclarecimentos solicitados, dos quais também estamos dando ciência às demais licitantes.

Atenciosamente,

Campos de Júlio-MT, 10 de julho de 2024

