

**LICITANET - ESCLARECIMENTO - 001/2026 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT****De** no-reply <notificacao@licitanet.com.br>**Data** 2026-01-15 14:55

AVISO - ESCLARECIMENTO AO EDITAL - 001

Sr(a). MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT (a),

O Processo eletrônico nº **001** foi feito um pedido de ESCLARECIMENTO pelo motivo abaixo:

Boa tarde ! Solicitamos esclarecimento referente ao item 79 - Teste rápido dengue IgG/IgM (sensibilidade (99%) e especialidade (99%): Para fins de atendimento dessa performance, será considerado o Intervalo de Confiança (IC95%) para sensibilidade ? Os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão? Em caso negativo, qual a motivação técnica para tal recusa? Para eliminar qualquer tipo de desvio e tornar o resultado mais próximo da realidade, a imensa maioria dos testes disponíveis o mercado disponibilizam esta informação apoiada no Intervalo de Confiança de 95% (IC95%), que confere segurança estatística e define os intervalos de resultados possíveis considerando a quantidade de amostras utilizada no ensaio. Desta forma, considerar este intervalo de confiança é a forma mais assertiva de avaliar a performance de produtos para diagnóstico in vitro, motivo pelo qual solicitamos que seja considerado no presente pregão. Diante disso: os valores de IC95% serão considerados na avaliação dos produtos oferecidos no presente pregão? Está licitante gostaria de ofertar o Medteste que possui: Sensibilidade Relativa: 95,7% (IC 95%: 88,0% ~ 99,1%) Especificidade Relativa: 99,9% (IC 95%: 99,1% ~ 100,0%) Acurácia: 99,3% (IC 95%: 97,9% ~ 99,8%) IC - Intervalos de Confiança 95%

**Aviso Importante:** Sua decisão deverá ser feita até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o § único do Art. 164 da Lei 14.133/21.

A decisão/acompanhamento será realizada via sistema no menu **PROCESSOS**>>escolher o processo (**pregão eletrônico ou concorrência**)>>clica nos "**3 pontinhos ao lado do processo**" >> **VISUALIZAR IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.**

Caso necessite, entre em contato com a nossa Central de Atendimento:

**(34) 2512-6500** (opção 1).

Precisa de suporte? Fale com um de nossos agentes:

Email: [fornecedor@licitanet.com.br](mailto:fornecedor@licitanet.com.br)

**Falar por WhatsApp**

Nosso horário de atendimento é: **segunda a quinta** das 8h às 18h e **sexta** das 8h às 17h.

**LICITANET - ESCLARECIMENTO - 001/2026 - MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT****De** no-reply <notificacao@licitanet.com.br>**Data** 2026-01-15 16:04

AVISO - ESCLARECIMENTO AO EDITAL - 001

Sr(a). MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO/MT (a),

O Processo eletrônico nº **001** foi feito um pedido de ESCLARECIMENTO pelo motivo abaixo:

Solicitamos esclarecimento referente ao item 82 - teste rápido Zika igg/igm: No item Teste Rápido OL ZIKA IgG/IgM, a unidade de fornecimento está indicada como KIT, com quantidade 200 e estimado de 399,79, porém não consta a informação de quantos testes compõem cada kit. Podemos considerar KIT c/25 testes ?

**Aviso Importante:** Sua decisão deverá ser feita até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame, conforme o § único do Art. 164 da Lei 14.133/21.

A decisão/acompanhamento será realizada via sistema no menu **PROCESSOS**>>escolher o processo (**pregão eletrônico ou concorrência**)>>clica nos "**3 pontinhos ao lado do processo** " >> **VISUALIZAR IMPUGNAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.**

Caso necessite, entre em contato com a nossa Central de Atendimento:

**(34) 2512-6500** (opção 1).

Precisa de suporte? Fale com um de nossos agentes:

Email: [fornecedor@licitanet.com.br](mailto:fornecedor@licitanet.com.br)**Falar por WhatsApp**Nosso horário de atendimento é: **segunda a quinta** das 8h às 18h e **sexta** das 8h às 17h.